



Juiz de Fora, 18 de junho de 2018.

Pregão Eletrônico SRP nº 048/18

Objeto: *Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produtos químicos, kits, insumos e reagentes diversos, utilizados para análises físico-químicas e microbiológicas pelo Laboratório Central da CESAMA.*

Apresentamos os questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico SRP nº 048/18 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Item 06- Favor informar se o código Merck 1.14770.0001 corresponde a curva do espectrofotômetro Hach DR2800, se há compatibilidade do reagente Merck no equipamento Hach ?

R¹: Há compatibilidade entre o reagente Merck 1.14770.0001, kit para Manganês, com o equipamento Hach.

Q²: Item 08 - Favor informar se o código Merck 1.14825.0001 corresponde a curva do espectrofotômetro Hach DR2800, se há compatibilidade do reagente Merck no equipamento Hach ?

R²: Há compatibilidade entre o reagente Merck 1.14825.0001, kit para Alumínio, com o equipamento Hach.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br