

02	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0030	CAL RBC MICROPIP MONOCAN VOL VAR 3 PTS ATÉ 10000 U - MIC-03	INFORMAÇÕES
Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl.			EQUIPAMENTO: MICROPIPETA
A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico.			Q.TDE: 1
A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja:			UNIDADE: UN
1) Enviado limpo e desinfetado			V.UNITARIO: 169,00
2) Enviado com, no mínimo, 10 pontleiras			V.TOTAL: 169,00
3) Univocamente identificado			PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7
4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador			
Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre.			
A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.			

03	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0030	CAL RBC MICROPIP MONOCAN VOL VAR 3 PTS ATÉ 10000 U - MIC-04	INFORMAÇÕES
Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl.			EQUIPAMENTO: MICROPIPETA
A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico.			Q.TDE: 1
A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja:			UNIDADE: UN
1) Enviado limpo e desinfetado			V.UNITARIO: 169,00
2) Enviado com, no mínimo, 10 pontleiras			V.TOTAL: 169,00
3) Univocamente identificado			PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7
4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador			
Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre.			
A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.			

04 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0030

Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl.

A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico.

A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja:

- 1) Enviado limpo e desinfetado
- 2) Enviado com, no mínimo, 10 ponteiros
- 3) Univocamente identificado
- 4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador

Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre.

A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.

INFORMAÇÕES

EQUIPAMENTO: MICROPIPETA

Q.TDE: 1

UNIDADE: UN

V.UNITARIO: 169,00

V.TOTAL: 169,00

PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7

05 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0030

CAL RBC MICROPIP MONOCAN VOL VAR 3 PTS ATÉ 10000 U - MIC-06

Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl.

A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico.

A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja:

- 1) Enviado limpo e desinfetado
- 2) Enviado com, no mínimo, 10 ponteiros
- 3) Univocamente identificado
- 4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador

Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre.

A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.

INFORMAÇÕES

EQUIPAMENTO: MICROPIPETA

Q.TDE: 1

UNIDADE: UN

V.UNITARIO: 169,00

V.TOTAL: 169,00

PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7

06	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	01.0030	CAL RBC MICROPIP MONOCAN VOL VAR 3 PTS ATÉ 10000 U - MIC-07 MARCA: MDI	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl.			EQUIPAMENTO: MICROPIPETA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 169,00 V.TOTAL: 169,00 PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7
	A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico. A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja: 1) Enviado limpo e desinfetado 2) Enviado com, no mínimo, 10 ponteiros 3) Univocamente identificado 4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre. A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.			

07	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	01.0030	CAL RBC MICROPIP MONOCAN VOL VAR 3 PTS ATÉ 10000 U - MIC-09 MARCA:	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl.			EQUIPAMENTO: MICROPIPETA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 169,00 V.TOTAL: 169,00 PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7
	A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico. A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja: 1) Enviado limpo e desinfetado 2) Enviado com, no mínimo, 10 ponteiros 3) Univocamente identificado 4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre. A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.			

08	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0030	CAL RBC MICROPIP MONOCAN VOL VAR 3 PTS ATÉ 10000 U - MIC-10 MARCA:	FM-7.1-009RV00 Proposta Comercial	Página: 5/23
----	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl. A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico. A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja: 1) Enviado limpo e desinfetado 2) Enviado com, no mínimo, 10 pontleiras 3) Univocamente identificado 4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre. A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.			EQUIPAMENTO: MICROPIPETA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 169,00 V.TOTAL: 169,00 PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7	
--	--	--	---	--

09	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0030	CAL RBC MICROPIP MONOCAN VOL VAR 3 PTS ATÉ 10000 U - MIC-11 MARCA:	INFORMAÇÕES	
Calibração RBC em 3 pontos de Micropipeta acionada por pistão, volume variável e de capacidade entre 1 µl e 10.000 µl. A calibração é executada em 3 pontos a escolha do cliente (a não escolha dos pontos de calibração por parte do cliente, fará com que a calibração seja realizada em 20%, 50% e 100% do volume nominal máximo). O método de calibração é o gravimétrico. A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma ISO 17025. Para que a calibração seja realizada é mandatório que o instrumento seja: 1) Enviado limpo e desinfetado 2) Enviado com, no mínimo, 10 pontleiras 3) Univocamente identificado 4) Para pipetas eletrônicas que precisem de carregador, enviar o carregador Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre. A calibração é um retrato da situação do instrumento e caso o mesmo não atenda os critérios de erro sistemático máximo permitido da Norma ISO 8655-2 ou às especificações do cliente, este será informado e receberá um orçamento para a execução do ajuste. Caso o cliente não aceite a proposta de ajuste, será emitido o certificado de calibração na condição de calibração do instrumento.			EQUIPAMENTO: MICROPIPETA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 169,00 V.TOTAL: 169,00 PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7	

14	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0080	CAL RBC TERMÔMETRO EXT 1 PT - TER-25 OUT	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Termômetro digital/analógico 1 ponto (no laboratório do cliente)		
	Calibração em 1 ponto (definido pelo cliente) na faixa do escopo de calibração: -10 °C até 160 °C.		
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).		
	IMPORTANTE: não é possível a calibração de termômetros digitais com leituras no modo IN, no laboratório do cliente.		
			EQUIPAMENTO: TERMÔMETRO QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 256,00 V.TOTAL: 256,00 PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7

15	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0042	CAL RBC TERMÔMETRO EXT 3 PTS - TERM-C-06	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Termômetro digital/analógico 3 pontos (no laboratório do cliente)		
	Calibração em 3 pontos (definido pelo cliente) na faixa do escopo de calibração: -10 °C até 160 °C.		
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).		
	IMPORTANTE: não é possível a calibração de termômetros digitais com leituras no modo IN, no laboratório do cliente.		
			EQUIPAMENTO: SENSOR DE TEMPERATURA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 189,00 V.TOTAL: 189,00 PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7

16	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0042	CAL RBC TERMÔMETRO EXT 3 PTS - TERM-C-07	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Termômetro digital/analógico 3 pontos (no laboratório do cliente)		
	Calibração em 3 pontos (definido pelo cliente) na faixa do escopo de calibração: -10 °C até 160 °C.		
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).		
	IMPORTANTE: não é possível a calibração de termômetros digitais com leituras no modo IN, no laboratório do cliente.		
			EQUIPAMENTO: SENSOR DE TEMPERATURA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 189,00 V.TOTAL: 189,00 PZ.ENTREGA (DIAS ÚTEIS): 7

CALIBRAÇÃO NO LABORATÓRIO DO CLIENTE

17	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0063 CAL RBC BALANÇA 1MG A 20KG - 5 PONTOS - BAL-01 MARCA: MARTE Calibração RBC em balança com capacidade de 1 mg a 20 kg (5 pontos) Verificação inicial e ajuste (se necessário), calibração em 5 pontos distribuídos uniformemente ao longo da faixa de medição do equipamento e determinação da excentricidade da balança. Método de calibração: comparação com pesos padrão. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).	INFORMAÇÕES EQUIPAMENTO: BALANÇA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 311,00 V.TOTAL: 311,00
18	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0063 CAL RBC BALANÇA 1MG A 20KG - 5 PONTOS - BAL-02 MARCA: GEHAKA Calibração RBC em balança com capacidade de 1 mg a 20 kg (5 pontos) Verificação inicial e ajuste (se necessário), calibração em 5 pontos distribuídos uniformemente ao longo da faixa de medição do equipamento e determinação da excentricidade da balança. Método de calibração: comparação com pesos padrão. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).	INFORMAÇÕES EQUIPAMENTO: BALANÇA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 311,00 V.TOTAL: 311,00
19	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0063 CAL RBC BALANÇA 1MG A 20KG - 5 PONTOS - BAL-03 MARCA: GEHAKA Calibração RBC em balança com capacidade de 1 mg a 20 kg (5 pontos) Verificação inicial e ajuste (se necessário), calibração em 5 pontos distribuídos uniformemente ao longo da faixa de medição do equipamento e determinação da excentricidade da balança. Método de calibração: comparação com pesos padrão. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).	INFORMAÇÕES EQUIPAMENTO: BALANÇA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 311,00 V.TOTAL: 311,00
20	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0063 CAL RBC BALANÇA 1MG A 20KG - 5 PONTOS - BAL-04 MARCA: SHIMADZU Calibração RBC em balança com capacidade de 1 mg a 20 kg (5 pontos) Verificação inicial e ajuste (se necessário), calibração em 5 pontos distribuídos uniformemente ao longo da faixa de medição do equipamento e determinação da excentricidade da balança. Método de calibração: comparação com pesos padrão. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).	INFORMAÇÕES EQUIPAMENTO: BALANÇA QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 311,00 V.TOTAL: 311,00

21	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0137	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 24 HORAS C/ 12 SENSORES - BAN-02	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicas e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 24 horas com 12 sensores.		EQUIPAMENTO: BANHO TERMOSTÁTICO
	Dentro da faixa de -10°C a 160 °C. Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente.		QTDE: 1
	Serviço: verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 24 horas*, com um total de 240 leituras.. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017). Método de calibração: comparativo		UNIDADE: UN
	V.UNITARIO: 2.396,00		V.TOTAL: 2.396,
	*Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.		

22	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0134	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 1 HORA C/ 12 SENSORES - BAN-03	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicas e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 1 hora com 12 sensores.		EQUIPAMENTO: BANHO TERMOSTÁTICO
	Dentro da faixa de -10°C a 160 °C. Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente.		QTDE: 1
	Serviço: verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 1 hora*, com um total de 240 leituras. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017). Método de calibração: comparativo		UNIDADE: UN
	V.UNITARIO: 1.990,00		V.TOTAL: 1.990,
	*Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.		

23	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0124	CAL RBC CONDUTIVÍMETRO - COMPLETO - CON-02 MARCA: THERMO SCIENTIFIC	INFORMAÇÕES
Calibração RBC condutivímetro em 4 Pontos com MRC (5uS / 100uS / 1.413uS / 12.000uS) e 8 pontos elétricos (1 uS/cm, 5 uS/cm, 50 uS/cm, 100 uS/cm, 500 uS/cm, 1000 uS/cm, 10 mS/cm e 20 mS)			EQUIPAMENTO: CONDUTIVÍMETRO
Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre.			QTDE: 1
1) Calibração elétrica do medidor em 8 pontos fixos: 1 uS/cm, 5 uS/cm, 50 uS/cm, 100 uS/cm, 500 uS/cm, 1000 uS/cm, 10 mS/cm e 20 mS/cm.			UNIDADE: UN
2) Calibração química em: 4 ponto com MRC (Material de Referência Certificado) nos pontos: 5uS / 100uS / 1.413uS / 12.000uS			V.UNITARIO: 416,00
OBS: Para serviço em pontos diferentes, favor consultar disponibilidade			V.TOTAL: 416,00
A Cgcre avaliou, reconheceu a competência e acreditou a Evagon para realizar este tipo de calibração em conformidade com a Norma NBR ISO/IEC 17025. O escopo de acreditação junto a Cgcre autoriza a execução da calibração tanto no laboratório de química da Evagon, quanto nas instalações do cliente.			
IMPORTANTE: A Evagon segue a rigor o DOC-Cgcre-022 como referência para seu processo de calibração, sendo assim e conforme o item 8.3.7 "Fica impossibilitada a calibração de medidores de condutividade eletrolítica que não informam o valor da constante da célula (kcel), por não se poder garantir a rastreabilidade da calibração". Este valor de constante é o valor real da calibração e não o nominal da célula.			
24	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0018	CAL RBC ESPECTRO VIS FENDA MENOR OU IGUAL A 10 NM - ESP-01 MARCA:	INFORMAÇÕES
Calibração RBC em Espectrofotômetro VIS com fenda espectral menor ou igual a 10 nm.			EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO
Consiste de:			QTDE: 1
1) Calibração da escala de comprimento de onda de 340 até 888 nm. Poderão ser obtidos até 15 pontos nesta calibração, se a resolução e fenda espectral do equipamento assim o permitir.			UNIDADE: UN
2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para a faixa do Visível, em 5 comprimentos de onda (440, 465, 546, 590 e 635 nm) com filtros de 10 % T, 20% T e 30% T.			V.UNITARIO: 896,00
Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017)			V.TOTAL: 896,00
IMPORTANTE:			
1) O equipamento deve ter condição de aceitar o uso de cubetas de 10 mm			
2) O escopo de acreditação só permite a calibração de equipamentos com fenda espectral máxima de 10 nm			

25	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0018	CAL RBC ESPECTRO VIS FENDA MENOR OU IGUAL A 10 NM - ESP-02 MARCA:	EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC em Espectrofotômetro VIS com fenda espectral menor ou igual a 10 nm.			
	Consiste de:			
	1) Calibração da escala de comprimento de onda de 340 até 888 nm. Poderão ser obtidos até 15 pontos nesta calibração, se a resolução e fenda espectral do equipamento assim o permitir.		QTDE: 1	
	2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para a faixa do Visível, em 5 comprimentos de onda (440, 465, 546, 590 e 635 nm) com filtros de 10 %T, 20%T e 30%T.		UNIDADE: UN	
			V.UNITARIO: 896,00	
			V.TOTAL: 896,00	
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017)			
	IMPORTANTE:			
	1) O equipamento deve ter condição de aceitar o uso de cubetas de 10 mm			
	2) O escopo de acreditação só permite a calibração de equipamentos com fenda espectral máxima de 10 nm			
26	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0018	CAL RBC ESPECTRO VIS FENDA MENOR OU IGUAL A 10 NM - ESP-03 MARCA:	EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC em Espectrofotômetro VIS com fenda espectral menor ou igual a 10 nm.			
	Consiste de:			
	1) Calibração da escala de comprimento de onda de 340 até 888 nm. Poderão ser obtidos até 15 pontos nesta calibração, se a resolução e fenda espectral do equipamento assim o permitir.		QTDE: 1	
	2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para a faixa do Visível, em 5 comprimentos de onda (440, 465, 546, 590 e 635 nm) com filtros de 10 %T, 20%T e 30%T.		UNIDADE: UN	
			V.UNITARIO: 896,00	
			V.TOTAL: 896,00	
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017)			
	IMPORTANTE:			
	1) O equipamento deve ter condição de aceitar o uso de cubetas de 10 mm			
	2) O escopo de acreditação só permite a calibração de equipamentos com fenda espectral máxima de 10 nm			

Evagon Calibração, Manutenção E Venda De Equipamentos Industriais Ltda			PROPOSTA
Av. Fernando Arens, 807 Piso Superior - Vila Progresso - Jundiaí / SP			000756 / 2020
CNPJ: 07.304.670/0001-40	IE: 407.455.814.113	Fone.: 11 4815-2455	V. 9
Email: comercial@evagon.com.br			Página: 12/23
Email arquivo xml: contato@evagon.com.br			
FM-7.1-009RV00 Proposta Comercial			

27	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0018	CAL RBC ESPECTRO VIS FENDA MENOR OU IGUAL A 10 NM - ESP-04 MARCA:	EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO
Calibração RBC em Espectrofotômetro VIS com fenda espectral menor ou igual a 10 nm.			
Consiste de:			QTDE: 1
1) Calibração da escala de comprimento de onda de 340 até 888 nm. Poderão ser obtidos até 15 pontos nesta calibração, se a resolução e fenda espectral do equipamento assim o permitir.			UNIDADE: UN
2) Calibração da escala fotométrica em absorbância, para a faixa do Visível, em 5 comprimentos de onda (440, 465, 546, 590 e 635 nm) com filtros de 10 %T, 20%T e 30%T.			V.UNITARIO: 896,00
Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017)			V.TOTAL: 896,00
IMPORTANTE: 1) O equipamento deve ter condição de aceitar o uso de cubetas de 10 mm 2) O escopo de acreditação só permite a calibração de equipamentos com fenda espectral máxima de 10 nm			

28	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0153	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 1 HORA C/ 9 SENSORES - EST-04	EQUIPAMENTO: ESTUFA
Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicas e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 1 hora com 9 sensores.			
Calibração em meios térmicos (Câmaras Térmicas e Banhos Termostáticos). Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente.			QTDE: 1
Calibração em 1 ponto dentro da faixa de -10°C a 160 °C, onde se faz a verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 1 hora*, com um total de 240 leituras.			UNIDADE: UN
Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017).			V.UNITARIO: 921,00
IMPORTANTE: capacidade interna do meio térmico deve ser no máximo de 2 metros cúbicos. *Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.			V.TOTAL: 921,00

29	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0153	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 1 HORA C/ 9 SENSORES - EST-05	EQUIPAMENTO: ESTUFA	INFORMAÇÕES
Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicas e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 1 hora com 9 sensores. Calibração em meios térmicos (Câmaras Térmicas e Banhos Termostáticos). Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente. Calibração em 1 ponto dentro da faixa de -10°C a 160 °C, onde se faz a verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 1 hora*, com um total de 240 leituras.. Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017). IMPORTANTE: capacidade interna do meio térmico deve ser no máximo de 2 metros cúbicos. *Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.				
QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 921.00 V.TOTAL: 921.00				
30	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0157	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 24 HORAS C/ 9 SENSORES - EST-06	EQUIPAMENTO: ESTUFA	INFORMAÇÕES
Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicos e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 24 horas com 9 sensores. Dentro da faixa de -10°C a 160 °C. Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente. Serviço: verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 24 horas*, com um total de 240 leituras.. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017). Método de calibração: comparativo IMPORTANTE: capacidade interna do meio térmico deve ser no máximo de 2 metros cúbicos. *Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.				
QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 1.696.00 V.TOTAL: 1.696.				
31	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0157	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 24 HORAS C/ 9 SENSORES - EST-08	EQUIPAMENTO: ESTUFA	INFORMAÇÕES
Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicos e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 24 horas com 9 sensores. Dentro da faixa de -10°C a 160 °C. Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente. Serviço: verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 24 horas*, com um total de 240 leituras.. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017). Método de calibração: comparativo IMPORTANTE: capacidade interna do meio térmico deve ser no máximo de 2 metros cúbicos. *Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.				
QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 1.696.00 V.TOTAL: 1.696.				

Evagon Calibração, Manutenção E Venda De Equipamentos Industriais Ltda			PROPOSTA
Av. Fernando Arens, 807 Piso Superior - Vila Progresso - Jundiaí / SP			000756 / 2020
CNPJ: 07.304.670/0001-40	IE.: 407.455.814.113	Fone.: 11 4815-2455	V. 9
Email: comercial@evagon.com.br			Página: 14/23
Email arquivo xml: contato@evagon.com.br			FM-7.1-009RV00 Proposta Comercial

32	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0154	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 2 HORAS C/9 SENSORES - GEL-05	INFORMAÇÕES
Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicas e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 2 horas com 9 sensores.			EQUIPAMENTO: REFRIGERADOR
Calibração em meios térmicos (Câmaras Térmicas e Banhos Termostáticos). Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente.			QTDE: 1
Calibração em 1 ponto dentro da faixa de -10°C a 160 °C, onde se faz a verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 2 horas*, com um total de 240 leituras..			UNIDADE: UN
Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017).			V.UNITARIO: 996,00
IMPORTANTE: capacidade interna do meio térmico deve ser no máximo de 2 metros cúbicos.			V.TOTAL: 996,00
*Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.			
33	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0157	CAL RBC MEIO TÉRMICO 1PT 24 HORAS C/9 SENSORES - INC-02	INFORMAÇÕES
Calibração RBC de Meios Térmicos (Câmaras térmicos e Banhos termostáticos) em 1 ponto, 24 horas com 9 sensores.			EQUIPAMENTO: INCUBADORA
Dentro da faixa de -10°C a 160 °C. Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional". O serviço poderá ser executado tanto com carga como sem carga, depende da solicitação do cliente.			QTDE: 1
Serviço: verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 24 horas*, com um total de 240 leituras.. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017). Método de calibração: comparativo			UNIDADE: UN
IMPORTANTE: capacidade interna do meio térmico deve ser no máximo de 2 metros cúbicos.			V.UNITARIO: 1.696,00
*Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.			V.TOTAL: 1.696,

34	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0034	CAL RBC PHMETRO PADRÃO - PHM-02	INFORMAÇÕES
Calibração RBC (padrão) em medidor de pH.			EQUIPAMENTO: PHMETRO Q.TDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 416,00 V.TOTAL: 416,00
Consistente de: 1) Calibração elétrica: 09 pontos de mV distribuídos na faixa de -500 a 500 mV e 09 pontos de pH na faixa que vai de 0 a 14 de pH. 2) Calibração química com MRC a 25°C: Faixa ácida nos valores nominais de 4 e 7 e um valor intermediário de verificação. Faixa básica nos valores nominais de 7 e 10 e um valor intermediário de verificação. Os valores verdadeiros dependem dos MRCs e são expressos no certificado de calibração. * Calibração padronizada em 3 pontos (4, 7 e 10) e verificação em 2 pontos (6 e 8) Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017). IMPORTANTE: 1) Não é possível a calibração RBC em medidores de pH que não possuam leitura em mV e que não calculem automaticamente e exibam o slope após o ajuste. 2) Quando o eletrodo possui conversor digital não é possível executar a calibração elétrica do equipamento e dessa forma a calibração é realizada apenas com MRC (DOC-CGCRE-022 item 8.1.3.2). O certificado é emitido normalmente com selo RBC. 3) Se o medidor de pH calibra em valores fixos e inalteráveis (por exemplo 1,68; 6,86 ou 9,18) favor consultar a disponibilidade de padrão antes de contratar o serviço			
35	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0034	CAL RBC PHMETRO PADRÃO - PHM-03	INFORMAÇÕES
Calibração RBC (padrão) em medidor de pH.			EQUIPAMENTO: PHMETRO Q.TDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 416,00 V.TOTAL: 416,00
Consistente de: 1) Calibração elétrica: 09 pontos de mV distribuídos na faixa de -500 a 500 mV e 09 pontos de pH na faixa que vai de 0 a 14 de pH. 2) Calibração química com MRC a 25°C: Faixa ácida nos valores nominais de 4 e 7 e um valor intermediário de verificação. Faixa básica nos valores nominais de 7 e 10 e um valor intermediário de verificação. Os valores verdadeiros dependem dos MRCs e são expressos no certificado de calibração. * Calibração padronizada em 3 pontos (4, 7 e 10) e verificação em 2 pontos (6 e 8) Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017). IMPORTANTE: 1) Não é possível a calibração RBC em medidores de pH que não possuam leitura em mV e que não calculem automaticamente e exibam o slope após o ajuste. 2) Quando o eletrodo possui conversor digital não é possível executar a calibração elétrica do equipamento e dessa forma a calibração é realizada apenas com MRC (DOC-CGCRE-022 item 8.1.3.2). O certificado é emitido normalmente com selo RBC. 3) Se o medidor de pH calibra em valores fixos e inalteráveis (por exemplo 1,68; 6,86 ou 9,18) favor consultar a disponibilidade de padrão antes de contratar o serviço			

Evagon Calibração, Manutenção E Venda De Equipamentos Industriais Ltda			PROPOSTA
Av. Fernando Arens, 807 Piso Superior - Vila Progresso - Jundiaí / SP			0007561 / 2020
CNPJ: 07.304.670/0001-40	IE: 407.455.814.113	Fone: 11 4815-2455	
Email: comercial@evagon.com.br			V.9
Email arquivo xml: contato@evagon.com.br			

36	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0034	CAL RBC PHMETRO PADRÃO - PHM-04	FM-7.1-009RV00 Proposta Comercial	Página: 16/23
----	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------

Calibração RBC (padrão) em medidor de pH.

Consistente de:

- 1) Calibração elétrica: 09 pontos de mV distribuídos na faixa de -500 a 500 mV e 09 pontos de pH na faixa que vai de 0 a 14 de pH.
- 2) Calibração química com MRC a 25°C: Faixa ácida nos valores nominais de 4 e 7 e um valor intermediário de verificação. Faixa básica nos valores nominais de 7 e 10 e um valor intermediário de verificação. Os valores verdadeiros dependem dos MRCs e são expressos no certificado de calibração.

* Calibração padronizada em 3 pontos (4, 7 e 10) e verificação em 2 pontos (6 e 8)

Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).

IMPORTANTE:

- 1) Não é possível a calibração RBC em medidores de pH que não possuam leitura em mV e que não calculem automaticamente e exibam o slope após o ajuste.
- 2) Quando o eletrodo possui conversor digital não é possível executar a calibração elétrica do equipamento e dessa forma a calibração é realizada apenas com MRC (DOC-CGCRE-022 item 8.1.3.2). O certificado é emitido normalmente com selo RBC.
- 3) Se o medidor de pH calibra em valores fixos e inalteráveis (por exemplo 1,68; 6,86 ou 9,18) favor consultar a disponibilidade de padrão antes de contratar o serviço

37	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0224	CAL RBC REATOR DE DQO 1PT 2 HORAS COMPLETO - REA-01 - PONTO 150C°	
----	-------------------------------	---	--

Calibração RBC ou Qualificação Operacional de Reator de DQO - 1 ponto na faixa de 40° a 160° / 2 horas em todas as cavidades do bloco com limite de 30 cavidades.

Calibração em reator de digestão (DQO e outros) Esta calibração também é conhecida como "Qualificação Operacional".

Calibração em 1 ponto dentro da faixa de 40°C a 160 °C, onde se faz a verificação do desvio da temperatura de controle, estabilidade e uniformidade. Tempo da tomada de dados da calibração de 2 horas*, com um total de 240 leituras.

Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com o símbolo de acreditação da Cgcre (NBR ISO/IEC 17025:2017).

*Caso o cliente necessite de tempos diferentes ao proposto, favor consultar disponibilidade.

EQUIPAMENTO:		INFORMAÇÕES
Q.TDE:	1	REATOR DE DQO
UNIDADE:	UN	
V.UNITARIO:	1.396,00	
V.TOTAL:	1.396,	



	Evagon Calibração, Manutenção E Venda De Equipamentos Industriais Ltda				PROPOSTA
	Av. Fernando Arens, 807 Piso Superior - Vila Progresso - Jundiaí / SP				000756 / 2020
	CNPJ: 07.304.670/0001-40	IE.: 407.455.814.113	Fone.: 11 4815-2455	Email: comercial@evagon.com.br	V. 9
	Email arquivo xml: contato@evagon.com.br			FM-7.1-009RV00 Proposta Comercial	Página: 20/23

50	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0070	CAL RBC TERMÔMETRO EXT 4 PTS - TER-66	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Termômetro digital/analogico 4 pontos (no laboratório do cliente)		EQUIPAMENTO: TERMÔMETRO
	Calibração em 4 pontos (definido pelo cliente) na faixa do escopo de calibração: -10 °C até 160 °C.		QTDE: 1
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).		UNIDADE: UN
	IMPORTANTE: não é possível a calibração de termômetros digitais com leituras no modo IN, no laboratório do cliente.		V.UNITARIO: 331,00
			V.TOTAL: 331,00

51	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0042	CAL RBC TERMÔMETRO EXT 3 PTS - TERMC-02	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Termômetro digital/analogico 3 pontos (no laboratório do cliente)		EQUIPAMENTO: SENSOR DE TEMPERATURA
	Calibração em 3 pontos (definido pelo cliente) na faixa do escopo de calibração: -10 °C até 160 °C.		QTDE: 1
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).		UNIDADE: UN
	IMPORTANTE: não é possível a calibração de termômetros digitais com leituras no modo IN, no laboratório do cliente.		V.UNITARIO: 296,00
			V.TOTAL: 296,00

52	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0042	CAL RBC TERMÔMETRO EXT 3 PTS - TERMC-03	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Termômetro digital/analogico 3 pontos (no laboratório do cliente)		EQUIPAMENTO: SENSOR DE TEMPERATURA
	Calibração em 3 pontos (definido pelo cliente) na faixa do escopo de calibração: -10 °C até 160 °C.		QTDE: 2
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).		UNIDADE: UN
	IMPORTANTE: não é possível a calibração de termômetros digitais com leituras no modo IN, no laboratório do cliente.		V.UNITARIO: 296,00
			V.TOTAL: 592,00

53	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 01.0042	CAL RBC TERMÔMETRO EXT 3 PTS - TERMC-05	INFORMAÇÕES
	Calibração RBC de Termômetro digital/analogico 3 pontos (no laboratório do cliente)		EQUIPAMENTO: SENSOR DE TEMPERATURA
	Calibração em 3 pontos (definido pelo cliente) na faixa do escopo de calibração: -10 °C até 160 °C.		QTDE: 1
	Método de calibração: comparativo. Para este serviço será emitido certificado e etiqueta com símbolo de acreditação da Cgcre (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).		UNIDADE: UN
	IMPORTANTE: não é possível a calibração de termômetros digitais com leituras no modo IN, no laboratório do cliente.		V.UNITARIO: 296,00
			V.TOTAL: 296,00

EVAGON GESTÃO ANALÍTICA	Evagon Calibração, Manutenção E Venda De Equipamentos Industriais Ltda			PROPOSTA
	Av. Fernando Arens, 807 Piso Superior - Vila Progresso - Jundiaí / SP CEP: 13202-570			000756 / 2020
	CNPJ: 07.304.670/0001-40	IE.: 407.455.814.113	Fone.: 11 4815-2455	Email: comercial@evagon.com.br
	Email arquivo xml: contato@evagon.com.br	FM-7.1-009RV00 Proposta Comercial		Página: 21/23

CALIBRAÇÃO NO LABORATÓRIO DO CLIENTE

54	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 11.0251 CAL RAST TURBIDÍMETRO 3 PONTOS - TUR-01 Calibração rastreada à RBC em Turbidímetro (3 pontos) Calibração realizada com MRC em 3 pontos ao longo da faixa de operação do equipamento até no máximo 4000 NTU. Método de calibração: comparativo. O certificado emitido atende às exigências da ABNT NBR ISO/IEC 17025 em relação às informações detalhadas e à expressão da incerteza de calibração. IMPORTANTE: em calibrações no Laboratório EVAGON, o cliente deve enviar junto com o equipamento (obrigatoriamente) 4 cubetas.	EQUIPAMENTO: QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 516,00 V.TOTAL: 516,00	INFORMAÇÕES TURBIDÍMETRO
55	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 11.0251 CAL RAST TURBIDÍMETRO 3 PONTOS - TUR-02 Calibração rastreada à RBC em Turbidímetro (3 pontos) Calibração realizada com MRC em 3 pontos ao longo da faixa de operação do equipamento até no máximo 4000 NTU. Método de calibração: comparativo. O certificado emitido atende às exigências da ABNT NBR ISO/IEC 17025 em relação às informações detalhadas e à expressão da incerteza de calibração. IMPORTANTE: em calibrações no Laboratório EVAGON, o cliente deve enviar junto com o equipamento (obrigatoriamente) 4 cubetas.	EQUIPAMENTO: QTDE: 1 UNIDADE: UN V.UNITARIO: 516,00 V.TOTAL: 516,00	INFORMAÇÕES TURBIDÍMETRO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

TOTAL DE VALORES (R\$)		CONDIÇÕES COMERCIAIS
CALIBRAÇÕES:	33.184,00	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:30
FRETE / DESLOCAMENTO:	0,00	FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO
MANUTENÇÕES:	0,00	FRETE POR CONTA: DA EVAGON GESTAO ANALITICA
PEÇAS:	0,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10/04/2020
PRODUTOS:	0,00	PRAZO DE ENTREGA: VIDE ITEM
OUTROS:	0,00	GARANTIA: VIDE OBSERVAÇÕES
TOTAL DA PROPOSTA:	33.184,00	

OBSERVAÇÕES REFERENTES AOS ITENS DA PROPOSTA:

**Para as calibrações do medidores de OD, ressaltamos que nosso escopo e acreditação é de 0 a 12mg/L - As calibrações serão realizadas nos pontos de 0, 5 e 10mg/L conforme solicitação do cliente.

Dados Bancários Evagon: