

Juiz de Fora, 01 de fevereiro de 2020.

## **Pregão Eletrônico 093/20**

**Objeto: Aquisição de Conversor Universal para Medidores de vazão Eletromagnéticos para a CESAMA.**

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 093/20 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Q<sup>1</sup>:** “Gostaria de sanar uma dúvida quanto ao objeto do pregão 093/20, meu fornecedor me informou sobre a falta de um alarme que seria sobre o eletrodo, porém me disse que poderia enviar junto ao equipamento um eletrodo anti incrustante, gostaria de saber se este item que mandei em anexo seria aceito, para que eu pudesse seguir com a cotação. Eles emitem os certificados de testes.”

**R<sup>1</sup>:** “Todas as características técnicas do Termo de Referência no item 4 - **Especificação do Objeto**, devem ser atendidas integralmente no ato da proposta conforme o edital. **Portanto não aceitaremos** complementos que dependam de intervenção dos técnicos da Cesama para alteração dos equipamentos de campo. Além do mais eletrodos não fazer parte do objeto.”

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 03/02/2021.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

[isoares@cesama.com.br](mailto:isoares@cesama.com.br)

[licita@cesama.com.br](mailto:licita@cesama.com.br)