

Juiz de Fora, 08 de Junho de 2021.

**Pregão Eletrônico nº 087/20.**

**Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta e análises laboratoriais em amostras de água para consumo humano.**

Apresentamos questionamento encaminhado por interessado no Pregão Eletrônico nº 087/20 e suas respectivas respostas.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):**

**Q1:** *“Esclarecimento: Temos disposto em vosso edital: 6.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA “a) Para a habilitação, a licitante deverá possuir cadastro no Sistema de Consulta aos Escopos de Acreditação dos Laboratórios de Ensaio (ISO/IEC 17025) Acreditados do Inmetro (<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/>) para todos os parâmetros listados nas Tabelas 1, 2 e 3, possuindo como área de atividade: Meio ambiente e como produto água tratada, estando com acreditação vigente na data da licitação. Exigido também para qualquer terceirização, caso haja.”*

*Entendemos que precisam que o relatório tenha 100% de acreditação junto ao INMETRO, correto?*

*O que não fica claro é se será permitida a subcontratação dos serviços de análise. Caso seja permitida, qual será a porcentagem de parâmetros que o laboratório poderá subcontratar? E também quais os documentos terá que apresentar do laboratório subcontratado?”*

**R1:** *“Não será permitida a subcontratação.”*

**Q2.** *“Referente a acreditação, vocês precisarão que o relatório tenha 100% de acreditação junto ao INMETRO, correto?”*

**R2:** *“O item 10 do TR é claro: Para a habilitação, a licitante deverá possuir cadastro no Sistema de Consulta aos Escopos de Acreditação dos Laboratórios de Ensaio (ISO/IEC 17025) Acreditados do Inmetro (<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/>) **para todos** os parâmetros listados nas Tabelas 1, 2 e 3.”*

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA - (32) 3692-9198 / 9201 - [laragao@cesama.com.br](mailto:laragao@cesama.com.br)

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9201