

Juiz de Fora, 13 de outubro de 2021.

Pregão Eletrônico 068/21

Objeto: *Aquisição de KITs para análise de Alumínio e Cloro, Filtro de Celulose e MRCs Fluoretos e Cloretos, para o Laboratório Central da CESAMA.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 068/21 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Referente ao item 1- KIT PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO RESIDUAL LIVRE, é solicitado que o kit possua declaração de recomendação para uso em água tratada. Essa declaração deve ser dada pela empresa fabricante do reagente? Ou por quem deve ser dada essa declaração?”

R¹: “Geralmente vem na caixa do material, em quais matrizes o produto pode ser utilizado.”

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 14/10/2021.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br