



PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
RUA PIRACICABA,COTIA/SP, CEP 6716100
Telefone: (11) 46154499
CNPJ 00.398.022/0002-32 / I.E. 278182145117

Cotação de Preços Nº **221440**
Emissão: 03/08/2021

Cliente: 13257-CESAMA - COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL **CNPJ/CPF:** 21.572.243/0001-74
Endereço: AV BARÃO DO RIO BRANCO,-1843 **Bairro:** CENTRO
Cidade: JUIZ DE FORA **Estado:** MG
A/C SCHINEIDER 32 36929332 cotacao@cesama.com.br

Vendedor: VI - STEFFANY
E-mail: vendas01@pro-analise.com.br
Telefone:

Item	Código	NCM	Descrição	Und	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	%ICMS	%IPI	Valor ST (R\$)	Total C/Imp. (R\$)	Entrega D.Úteis
1	1025520001	38220090	SPECTROQUANT SURFACTANTES ANIÔNICO (0,05-2,0mg/L MBAS) ME 25 TESTES P/ ANÁLISE EM ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBE	KIT	1	618,00	12,00	-	-	618,00	10
3	C5753-1MG		Chlorophyll a from spinach SIGMA ALDRICH	1MG	1	2.742,00	-	-	-	2.742,00	15
4	GE1825-047	70199090	PAPEL FILTRO MICROFIBRA DE VIDRO GF/F 47mm WHATMAN EMB C/ 100	EMB	2	225,00	4,00	-	-	450,00	Imed.

Valor Total da Cotação: 3.810,00

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 7 DD
Condição de Pagamento 28 DD(***Sujeito a análise de crédito)
Faturamento mínimo: R\$ 300,00
Frete: CIF ACIMA DE R\$ 1500,00

*O prazo de entrega é estimado c/ base na posição do estoque nesta data.
Pode haver alterações quando da emissão do pedido. Solicite atualização.

Dados Bancários

Banco do Brasil
Agência 5745-2
Conta 26511-x
Depósito identificado. Cód. identificador seu CNPJ/CPF

OBSERVAÇÕES:

STEFFANY P. HOFFMANN

VENDAS.STEFFANY

Cliente: 13257-CESAMA - COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL **CNPJ/CPF:** 21.572.243/0001-74
Endereço: AV BARÃO DO RIO BRANCO,-1843 **Bairro:** CENTRO
Cidade: JUIZ DE FORA **Estado:** MG
A/C SCHNEIDER 32 36929332 cotacao@cesama.com.br

Vendedor: VI - STEFFANY
E-mail: vendas01@pro-analise.com.br
Telefone:

0001 SPECTROQUANT SURFACTANTES ANIÔNICO (0,05-2,0mg/L MBAS) MERCK
25 TESTES P/ ANÁLISE EM ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBETA)

- Método: Azul de metileno

Os agentes tensoativos aniônicos do tipo sulfonato e sulfato reagem com o corante catiônico azul de metileno para formar um par de íons que é, em seguida, extraído com cloroformio. A cor azul da fase orgânica é determinada fotometricamente.

- Análogo a EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, DIN EN 903, ISO 7875-1

- Aplicação: Água potável, meio ambiente, água subterrânea e superficial e efluente.

Pode ser utilizado nos Colorímetros Multy e Move 100, observar faixa de análise.

Mais informações consultar site merckmillipore.com .



0004 Aplicação: Recomendado para purificação de DNA. Muito eficaz na filtração de proteínas finamente precipitadas. Pode ser usado em conjunto com GF / D como pré-filtro para clarificação de soluções bioquímicas extremamente difíceis e fluidos e ácidos nucleicos. Altamente adequado para uso em aplicações que envolvem filtragem de ar e para análise gravimétrica de materiais voláteis onde a ignição está envolvida.

Grau: Grau GF / F

Taxa nominal de fluxo de ar: 19 s / 100 ml / in²

Espessura Nominal: 420 µm

Peso de Base Nominal: 75 g / m²

Temperatura máxima recomendada: 550 ° C

Material: Vidro de borossilicato

Tipo de ligante: Binder Free

Retenção típica de partículas em líquido: 0,7 µm

Taxa de fluxo de água típica : 41 ml / min





PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
RUA PIRACICABA,COTIA/SP, CEP 6716100
Telefone: (11) 46154499
CNPJ 00.398.022/0002-32 / I.E. 278182145117

Cotação de Preços Nº **225765**
Emissão: 09/09/2021

Cliente: 13257-CESAMA - COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL **CNPJ/CPF:** 21.572.243/0001-74
Endereço: AV BARÃO DO RIO BRANCO,-1843 **Bairro:** CENTRO
Cidade: JUIZ DE FORA **Estado:** MG
A/C Schneider 32 3692-9332 cotacao@cesama.com.br

Vendedor: VI - STEFFANY
E-mail: vendas01@pro-analise.com.br
Telefone:

Item	Código	NCM	Descrição	Und	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	%ICMS	%IPI	Valor ST (R\$)	Total C/Imp. (R\$)	Entrega D.Úteis
1	GE1825-047	70199090	PAPEL FILTRO MICROFIBRA DE VIDRO GF/F 47mm WHATMAN EMB C/ 100	EMB	2	302,50	4,00	-	-	605,00	Imed.

Valor Total da Cotação: 605,00

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 7 DIAS
Condição de Pagamento 28 DIAS(***Sujeito a análise de crédito)
Faturamento mínimo: 300,00
Frete: CIF ACIMA DE R\$ 1500,00

*O prazo de entrega é estimado c/ base na posição do estoque nesta data.
Pode haver alterações quando da emissão do pedido. Solicite atualização.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag: 5745-2 - C/C: 26511-x

Depósito identificado. Código identificador seu CNPJ/CPF

Ao retornar aprovação desta cotação, autorizo a utilização de meus dados em cadastro interno da empresa, em conformidade com a sua "Política de Privacidade e Proteção de Dados".

OBSERVAÇÕES:



STEFFANY P. HOFFMANN

VENDAS.STEFFANY

Cliente: 13257-CESAMA - COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL **CNPJ/CPF:** 21.572.243/0001-74
Endereço: AV BARÃO DO RIO BRANCO,-1843 **Bairro:** CENTRO
Cidade: JUIZ DE FORA **Estado:** MG
A/C Schneider 32 3692-9332 cotacao@cesama.com.br

Vendedor: VI - STEFFANY
E-mail: vendas01@pro-analise.com.br
Telefone:

0001 Aplicação: Recomendado para purificação de DNA. Muito eficaz na filtração de proteínas finamente precipitadas. Pode ser usado em conjunto com GF / D como pré-filtro para clarificação de soluções bioquímicas extremamente difíceis e fluidos e ácidos nucleicos. Altamente adequado para uso em aplicações que envolvem filtragem de ar e para análise gravimétrica de materiais voláteis onde a ignição está envolvida.

Grau: Grau GF / F

Taxa nominal de fluxo de ar: 19 s / 100 ml / in²

Espessura Nominal: 420 µm

Peso de Base Nominal: 75 g / m²

Temperatura máxima recomendada: 550 ° C

Material: Vidro de borossilicato

Tipo de ligante: Binder Free

Retenção típica de partículas em líquido: 0,7 µm

Taxa de fluxo de água típica : 41 ml / min

