

Juiz de Fora, 06 de janeiro de 2023.

Pregão Eletrônico 083/22

Objeto: Aquisição de frasco DBO, Oxímetro, condutivímetro, sonda de oxigênio, destilador de água para uso dos laboratórios da CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 083/22 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: “ITEM 02 - MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE - CONDUTIVIMETRO (DE BANCADA) - Será aceito a subcontratação do serviço de calibração do medidor de condutividade?”

R1: **A calibração do equipamento neste caso é de responsabilidade do fornecedor, então, podendo ser realizada pelo mesmo ou de forma terceirizada, o importante que seja entregue calibrado.**

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 10/01/2023.

Atenciosamente,

Luciano Soares

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ALC

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br