

Juiz de Fora, 11 de outubro de 2023.

Pregão Eletrônico nº 0062/23.

Objeto: ***Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de vidrarias e soluções para uso da CESAMA.***

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 0062/23 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1. Tendo em vista que o material a ser fornecido possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega, considerando a atual situação mundial, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo de entrega para 90 (noventa) dias, podendo este se antecipar. Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas à importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

R1: O prazo de entrega será mantido.

Q2. Referente ao Item 12 – Por gentileza, será aceita a faixa de pH 0 a 12, visto que se a aplicação for para amostras de água e efluentes, tal gama atenderá a demanda? - A faixa de temperatura informada condiz a temperatura de operação (temperatura que o eletrodo suporta), ou seja, não é a de medição, correto? - A conexão deverá ser tipo BNC, correto? - Será aceito eletrodo cujo eletrólito recomendado seja KCl 3M saturado em AgCl para melhor desempenho, visto que o sistema de referência é Ag/AgCl?

R2: Serão aceitos equipamentos conforme especificação do Termo de Referência. As propostas enviadas serão analisadas no momento oportuno.

Q3. Referente ao item 26 – Será aceito frasco com 500 ml?

R3: Serão aceitos 3 frascos de 500 mL desde que o valor seja compatível com 3 frascos de 250 mL

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br