

Juiz de Fora, 02 de outubro de 2023.

Pregão Eletrônico nº 0073/23.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calibração RBC ou RBC rastreável em equipamentos analíticos utilizados em controle de processos das Estações de Tratamento de Água da CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 0073/23 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1. No edital para todos os colorímetros e turbidímetros é solicitado a calibração no ponto zero, porém não realizamos mais a calibração no zero. Os pontos partir de 0,1 atende as demandas do laboratório? Para o parâmetro de pH, é necessário verificação (erro e incerteza) do pH nos pontos 4 e 6,86?

R1: A calibração começando no ponto 0,1 atende as demandas do laboratório. No caso do PH, sim, será necessária a verificação.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br