

Pregão/Concorrência Eletrônica

925894.662023 .4295 .4593 .550557792



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00066/2023

Às 09:00 horas do dia 31 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1122023 de 01/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0662023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00066/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Aparelho JAR TEST (teste de jarros) microprocessado para uso da CESAMA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Medidor laboratório**Descrição Complementar:** Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Medir Massa E Dimensionais , Aplicação: Medições Metrológicas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27.849,1200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000 .

Histórico

Item: 1 - Medidor laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.900,0000	R\$ 27.600,0000	30/10/2023 15:03:33
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: FLOCCONTROL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLOCCONTROL IV 6 PROVAS – POLICONTROL Equipamento jar test para ensaio de floculação, microprocessado, digital, 6 provas simultâneas. Com moto redutor e fonte retificadora. Tacômetro/controlador de rotação microprocessado com indicação digital e 5 programas de 16 segmentos de rampa e patamares e mais 1 programação para ensaio manual. Programação da velocidade e tempo de programação do processo. Transmissão de agitação mecânica com pás, movimento uniforme por polia e correia lisa com tensionador ajustável. Sistema de controle de rotações com velocidade programável em tacômetro digital. Possui temporizador digital e alarme sonoro de final de ensaio. Gabinete em chapa aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletroestática a pó. ESPECIFICAÇÃO • Display Digital: LCD – 2 linhas / 16 caracteres. • Unidade de Velocidade: RPM ou S ⁻¹ . • Velocidade: controle digital, programável de 10 a 300 RPM, com tacômetro digital. • Tacômetro Digital de 4 dígitos. • Tipo de Tração: correia. • Gradiente de Velocidade: 10 a 900 s ⁻¹ . • Curva de Gradiente de Velocidade com fator de correção para temperatura. • Temporizador: Digital, programável de 0 a 120 minutos. Indicação de tempo decorrido e tempo restante do ensaio. • Contador de tempo corrido a partir do início da programação, alarme sonoro para término de cada passo e alarme sonoro prolongado para o fim do programa. • Hastes e Pás: material resistente (aço inox série 300) à oxidação, processos corrosivos e atração magnética. Hastes com altura ajustável. Área do rotor 1" x 3". • Cubas: em acrílico transparente com escala referencial de amostragem indicados a cada cm e com orifício de saída no ponto zero (7 cm de altura), conectado a mangueira flexível de silicone. Volume de 2 litros. Tratadas termicamente para eliminar estática, com saída de amostra para mangueira 12 cm abaixo do nível máximo da cuba. • Coletor de amostra: Coletor individual direto de cada cuba, simultânea por descarga sem sifonamento, removível. • Distribuidor: para adição de até 02 reagentes simultaneamente para cada jarro (removível). • Capacidade das cubas: 2 litros. • Base de Acrílico Branco: Sistema fixo / iluminação por LED embutida na base. • Alimentação: 110 / 220 V por chave seletora – 60 Hz. • Proteção contra flutuação de tensão (surtos de tensão). • Acompanham o equipamento: 6 cubas graduadas; curva de gradiente; manual de instruções em português. • Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. • Modelo: FlocControl IV. • Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC. Porte da empresa: ME/EPP							
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.962,0000	R\$ 27.848,0000	30/10/2023 16:35:45
Marca: MILAN EC Fabricante: MILAN EC Modelo / Versão: JT303.M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR-TEST MICROCONTROLADO – MOD. JT303.M/6 – MARCA: MILAN – PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento básico utilizado nas Estações de Tratamento de Água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos químicos ou polímeros (Coagulante/Floculante) a serem empregados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de velocidade:							

		Variável de 10 a 350 RPM; Número de provas: 06 (seis); Volume de cada prova até 2000mL; Gradiente de velocidade na faixa de 5 a 332/S ⁻¹ , com fornecimento das curvas de gradiente de velocidade em função da rotação dos agitadores; Temporizador digital programável 1 seg. à 999 min. e 59 seg.; Controlador de rotação digital microprocessado que possibilita dois modos de operação, manual e automático; Programação da velocidade e tempo de programação do processo; Opções de programa: 5 programas (de 1 a 5) e cada programa possui até 12 fases (de 1 a 12) configurável e em cada fase define-se a velocidade (em RPM) e o tempo (em minutos) de sua duração; Precisão do Display por velocidade 1 RPM; Precisão do Display por tempo 1 seg.; Indicador digital do tempo decorrido; Indicador digital do tempo restante; Alarme sonoro de fim do teste; Palhetas e hastes de agitação com altura ajustável em aço inox 304, área do Rotor 1" x 3"; Sistema de iluminação LED embutida na base, para visualização das amostras; Gabinete construído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática; Sistema de centralização das cubas que garante que não se movimentem no ensaio; Dimensões: 1040 x 210 x 342 mm; Peso do aparelho: 14 Kg; Tensão de trabalho: Bivolt automático; ACOMPANHA: - 6 Cubas de 2000mL com escala graduada, confeccionada em acrílico transparente com dispositivo para coleta de amostra (tubo de silicone flexível e clip estrangulador); - Dosador de reagentes (régua) com 12 tubos de vidro com o fundo abaulado, para adição de alcalinizantes, reagentes (coagulantes), corretivo de pH e polímeros; - Régua para auxiliar a coleta simultânea; - Cabo de alimentação 2P+T 10A/250V, norma ABNT NBR 14136; - Curva de gradiente; - Manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP					
14.050.075/0001-91	COMERCIAL USUAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.962,0000	R\$ 27.848,0000	30/10/2023 17:04:04
Marca: MILAN Fabricante: MILAN Modelo / Versão: JT303M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jar Test Micro controlado é utilizado para determinação do ponto ótimo de floculação (coagulação) em estações de tratamento de água (ETA/ETE), com as seguintes características: Número de provas: 06 (seis) de 2 litros em acrílico transparente; Área do rotor 1" X 3" com hastes em aço inox Palhetas e hastes de agitação em aço inox; Hastes reguláveis para a altura desejada; Controle de velocidade digital programável de 10 até 200 rpm; Dosador simultâneo de reagentes (coagulantes) e corretivo de Ph; Temporizador digital programável de 01 seg. até 99 min. e 59 seg Controle de rotação microprocessado com indicação digital e 5 programas de 8 segmentos de rampa e patamares; Programação da velocidade e tempo de programação do processo; Indicador digital do tempo decorrido; Indicador digital do tempo restante; Alarme sonoro de fim do teste; Coletor de amostra individual direto de cada cuba acrílico transparente; Acompanha 06 (seis) cubas graduadas; Luz fluorescente embutida na base; Curva Gradiente; Construído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática; Tensão: 110/220 volts e 60 Hz; Manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP							
05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.962,2800	R\$ 27.849,1200	28/10/2023 07:54:22
Marca: MILAN JT603.M/6 Fabricante: MILAN JT603.M/6 Modelo / Versão: JT603.M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO JAR TEST (TESTE DE JARROS) MICROPROCESSADO Porte da empresa: ME/EPP							
44.265.382/0001-50	COMERCIAL FIDUCIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.962,2800	R\$ 27.849,1200	30/10/2023 09:30:17
Marca: Milan Fabricante: Milan Modelo / Versão: JT303M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jar Test Micro controlado é utilizado para determinação do ponto ótimo de floculação (coagulação) em estações de tratamento de água (ETA/ETE), com as seguintes características: • Número de provas: 06 (seis) de 2 litros em acrílico transparente; • Área do rotor 1" X 3" com hastes em aço inox • Palhetas e hastes de agitação em aço inox; • Hastes reguláveis para a altura desejada; • Controle de velocidade digital programável de 10 até 200 rpm; • Dosador simultâneo de reagentes (coagulantes) e corretivo de Ph; • Temporizador digital programável de 01 seg. até 99 min. e 59 seg • Controle de rotação microprocessado com indicação digital e 5 programas de 8 segmentos de rampa e patamares; • Programação da velocidade e tempo de programação do processo; • Indicador digital do tempo decorrido; • Indicador digital do tempo restante; • Alarme sonoro de fim do teste; • Coletor de amostra individual direto de cada cuba acrílico transparente; • Acompanha 06 (seis) cubas graduadas; • Luz fluorescente embutida na base; • Curva Gradiente; • Construído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática; • Tensão: 110/220 volts e 60 Hz; • Manual de instruções em português. MARCA: MILAN MODELO: JT303M/6 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.849,1200	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:00:02:603
R\$ 27.849,1200	44.265.382/0001-50	31/10/2023 09:00:02:603
R\$ 27.848,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:00:02:603
R\$ 27.848,0000	48.706.431/0001-02	31/10/2023 09:00:02:603
R\$ 27.600,0000	27.263.741/0001-11	31/10/2023 09:00:02:603
R\$ 27.580,0000	48.706.431/0001-02	31/10/2023 09:10:04:490
R\$ 26.000,0000	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:14:08:117
R\$ 25.986,0000	48.706.431/0001-02	31/10/2023 09:14:10:840
R\$ 24.000,0000	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:15:42:867
R\$ 27.590,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:16:05:667
R\$ 27.500,0000	44.265.382/0001-50	31/10/2023 09:16:36:827
R\$ 23.900,0000	44.265.382/0001-50	31/10/2023 09:16:44:107
R\$ 22.900,0000	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:16:49:820
R\$ 25.980,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:17:38:467
R\$ 25.955,0000	48.706.431/0001-02	31/10/2023 09:17:50:553
R\$ 22.896,5800	27.263.741/0001-11	31/10/2023 09:18:31:877
R\$ 21.900,0000	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:18:41:273
R\$ 21.893,7200	27.263.741/0001-11	31/10/2023 09:18:58:973

	R\$ 23.890,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:18:59:533
	R\$ 21.000,0000	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:19:18:887
	R\$ 20.998,5100	27.263.741/0001-11	31/10/2023 09:19:35:100
	R\$ 20.000,0000	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:19:56:213
	R\$ 19.999,7000	27.263.741/0001-11	31/10/2023 09:20:14:187
	R\$ 23.800,0000	44.265.382/0001-50	31/10/2023 09:20:29:117
	R\$ 19.500,0000	05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:20:33:267
	R\$ 23.790,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:21:51:043
	R\$ 23.700,0000	44.265.382/0001-50	31/10/2023 09:22:29:427
	R\$ 23.690,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:22:53:833
	R\$ 23.600,0000	44.265.382/0001-50	31/10/2023 09:23:02:580
	R\$ 23.590,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:23:46:193
	R\$ 23.500,0000	44.265.382/0001-50	31/10/2023 09:23:53:113
	R\$ 23.490,0000	14.050.075/0001-91	31/10/2023 09:24:30:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	31/10/2023 09:03:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	31/10/2023 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento	31/10/2023 09:26:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	31/10/2023 09:26:31	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 09:44:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2023 09:59:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Aceite de proposta	01/11/2023 10:17:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000. Motivo: Proposta aceita com base no parecer técnico conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	06/11/2023 11:36:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000.
Não existem intenções de recurso para o item		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:10:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/10/2023 09:10:38	Senhores, bom dia. Fiquem atentos à exequibilidade de seus lances.
Sistema	31/10/2023 09:26:31	O item 1 está encerrado.
Sistema	31/10/2023 09:28:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	31/10/2023 09:30:27	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	31/10/2023 09:30:41	Bom dia a todos.
Pregoeiro	31/10/2023 09:34:11	Para NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Senhores, a título de negociação e no melhor interesse da Administração Pública, questionamos se é possível nos fornecer o item pelo valor total de R\$ 19.000,00? Fico no aguardo de seu breve retorno. Obrigada.
05.933.341/0001-33	31/10/2023 09:40:43	PREZADOS NAO PODEMOS ABAIXA MAIS O VALOR
Pregoeiro	31/10/2023 09:42:05	Para NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Ok, muito obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	31/10/2023 09:43:18	Senhores licitantes, foram finalizadas as etapas de lances e negociação, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor

		classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	31/10/2023 09:43:29	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	31/10/2023 09:43:59	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas. Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:44:06	Senhor fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	31/10/2023 09:45:28	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 01/11/2023, quarta-feira, às 10:00 horas.
Sistema	31/10/2023 09:59:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	01/11/2023 10:09:04	Bom dia !
Pregoeiro	01/11/2023 10:14:03	Senhores, a proposta recebida foi encaminhada para análise pela área técnica, neste certame representada por Lucas Fernandes, Chefe do Departamento de Produção de Água, o qual nos remeteu o seguinte parecer: "De acordo".
Pregoeiro	01/11/2023 10:15:06	Mediante ao parecer faremos neste momento julgamento do item no sistema. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	01/11/2023 10:19:12	Iniciaremos neste momento análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	01/11/2023 10:21:22	Esta sessão será interrompida neste momento para análise dos documentos de habilitação e será retomada ainda hoje, dia 01/11/2023, quarta-feira, às 16:30 horas.
Pregoeiro	01/11/2023 14:30:10	Senhores, informamos que não será possível finalizar a análise dos documentos de habilitação nesta data. Informamos que a sessão será retomada dia 06/11/2023, segunda-feira, às 11 horas.
Pregoeiro	06/11/2023 11:01:18	Senhores, bom dia, Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	06/11/2023 11:36:21	Faremos a habilitação no sistema.
Sistema	06/11/2023 11:36:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/11/2023 11:36:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/11/2023 às 12:10:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/10/2023 10:07:11	
Alteração equipe	19/10/2023 10:07:15	
Abertura da sessão pública	31/10/2023 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	31/10/2023 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	31/10/2023 09:28:59	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/11/2023 11:36:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/11/2023 11:36:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/11/2023 às 12:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:16 horas do dia 06 de novembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



Voltar

