

Juiz de Fora, 22 de agosto de 2024.

**Pregão Eletrônico nº 029/24.**

**Objeto: Aquisição de reagentes, kits para análise, vidrarias e equipamentos utilizados nos laboratórios das ETAs, e ETEs para a CESAMA.**

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 029/24 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

Q<sup>1</sup>: “Referente ao item 15 – KIT PARA ANALISE DE CLORO – 600 TESTES, o kit é referente apenas aos reagentes? Ou o kit completo com comparador colorimétrico? Em pregões antigos, foi verificado que o código da CESAMA 002.116.0009-1 se referia ao kit com comparador; porém, nesse edital, a especificação menciona apenas reagentes”

**R<sup>1</sup>: Apenas reagentes.**

Q<sup>2</sup>: “Referente ao item 15 – KIT PARA ANALISE DE CLORO – 600 TESTES, será aceito reagente com laudo RASTREÁVEL à RBC?”

**R<sup>2</sup>: Será aceito.**

Q<sup>3</sup>: “Referente ao item 26 – KIT DE CUBETAS POLICONTROL, as cubetas serão utilizadas em qual equipamento? Por gentileza, informar o modelo.”

**R<sup>3</sup>: Colorímetro e turbidímetro.**

Q<sup>4</sup>: “Referente ao item 95 – REAGENTE DQO, o código de referência 14541 indica o reagente com faixa de análise de 25 a 1.500 mg/L. Qual a faixa correta que devemos cotar?”

**R<sup>4</sup>: 25 à 1500 mg/L.**

Conforme Edital item 2.3 “As respostas dadas aos esclarecimentos passam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos.”

Informamos que a data **de abertura das propostas está mantida para o dia 28/08/24.**

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

[isoares@cesama.com.br](mailto:isoares@cesama.com.br) / [licita@cesama.com.br](mailto:licita@cesama.com.br)