

Juiz de Fora, 23 de agosto de 2024.

**Pregão Eletrônico nº 029/24.**

**Objeto: Aquisição de reagentes, kits para análise, vidrarias e equipamentos utilizados nos laboratórios das ETAs, e ETEs para a CESAMA.**

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 029/24 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

Q<sup>1</sup>: “Tendo em vista que o item é de procedência importada, será aceito no prazo de entrega de aproximadamente de 90 (noventa) dias? Ou será aceito prorrogação de entrega?”

**R<sup>1</sup>: Deverá ser cumprido o prazo do edital.**

Q<sup>2</sup>: “Referente ao item 61 - Os padrões de Formazina Stablcal® fornecidos pela Hach não são rastreáveis pelo NIST porque o NIST não possui padrões de turbidez e também não são Material de Referência Certificado pelo ISO 17034. No entanto, esses padrões são aceitos pela EPA como o padrão primário a ser usado na calibração de instrumentos de turbidez. O Hach Method 8195 é um método aceito pela EPA para medição de turbidez e usa soluções de formazina para calibração de instrumentos. Veja a carta abaixo para mais informações. Será aceito esses padrões em frascos de 100mL?”

**R<sup>2</sup>: Não será aceito, outro material além do especificado.**

Q<sup>3</sup>: “Referente ao ITEM 62 – Será aceito frasco de 500mL?”

**R<sup>3</sup>: Será aceito, desde que o volume total seja no mínimo a do edital.**

Q<sup>4</sup>: “Referente ao ITEM 64 – Será aceito o fornecimento em frasco de 100mL?”

**R<sup>4</sup>: Será aceito, desde que o volume total seja no mínimo a do edital.**

Q<sup>5</sup>: “Referente ao ITEM 65 - Será aceito o fornecimento em frasco de 100mL?”

**R<sup>5</sup>: Será aceito, desde que o volume total seja no mínimo a do edital.**

Q<sup>6</sup>: “Referente ao ITEM 95 – Será aceito um reagente para determinação de Demanda Química de Oxigênio - DQO pelo método Hach 8000 Aprovado pela USEPA para efluente, reagente padronizado, pré-dosado, pronto para uso em tubos de ensaio de vidro borossilicato 16mm diâmetro, faixa de análise 3-150mg/L, caixa com 25 tubos?”

**R<sup>6</sup>: Deverá seguir a especificação que consta no edital.**

Q<sup>7</sup>: “Referente ao ITEM 96 – Será aceito um reagente para determinação de Demanda Química de Oxigênio - DQO pelo método Hach 8000 Aprovado pela USEPA para efluente, reagente padronizado, pré-dosado, pronto para uso em tubos de ensaio de vidro borossilicato 16mm diâmetro, faixa de análise 3-150mg/L, caixa com 25 tubos.”

**R<sup>7</sup>: Deverá seguir a especificação que consta no edital.**

Q<sup>8</sup>: “Referente ao ITEM 60 - é solicitado frasco de 250mL, será aceito frasco com 500ml?”

**R<sup>8</sup>: Será aceito, desde que o volume total seja no mínimo a do edital.**

Conforme Edital item 2.3 “As respostas dadas aos esclarecimentos passam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos.”

Informamos que a data **de abertura das propostas está mantida para o dia 28/08/24.**

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

[lsoares@cesama.com.br](mailto:lsoares@cesama.com.br) / [licita@cesama.com.br](mailto:licita@cesama.com.br)