



Suzano, 28 de agosto de 2024

A

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG 925894

A validade da proposta será de, no mínimo, **120 (cento e vinte) dias** a contar da data de sua apresentação.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
58	Ponteira 1-10ml para micropipeta automática. Material: polipropileno de alta qualidade Fabricadas sem aditivos e desmoldantes Pigmentos livres de cádmio e metais pesados Marca CE segundo as diretivas IVD 98/79 CE Autoclaváveis a 121°C (20 min) Comprimento de 156,5 mm e diâmetro de 15 mm. Incolor Pacotes com 100 unidades.	CRAL	PÇ	10	R\$ 90,42	R\$ 904,20
79	Pipeta volumétrica 10,0mL calibrada. Fabricado em borossilicato de baixa expansão que atenda as normas da ASTM, com marcação resistente a ácido e certificado de calibração, por unidade, pela Rede Brasileira de Calibração - RBC.	ACGLASS	PÇ	23	R\$ 78,80	R\$ 1.812,40
80	Pipeta volumétrica 2,0mL calibrada. Fabricado em borossilicato de baixa expansão que atenda as normas da ASTM, com marcação resistente a ácido e certificado de calibração, por	ACGLASS	PÇ	15	R\$ 61,76	R\$ 926,40



Suzano, 28 de agosto de 2024

**A**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG 925894

	<b>unidade, pela Rede Brasileira de Calibração - RBC.</b>					
87	<b>FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 250ML COM TAMPA DE TEFLON. FUNIL DE SEPARAÇÃO TIPO PERA C/ TORNEIRA DE TEFLON DE 250ML.</b>	ACGLASS	PÇ	12	R\$ 89,31	R\$ 1.071,72
108	<b>PIPETA VOLUMÉTRICA 100ML CALIBRADA. As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volume nas faixas solicitada. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo estipulados.</b>	ACGLASS	Pç	4	R\$ 124,56	R\$ 498,24
						<b>R\$ 5.212,96</b>



Suzano, 28 de agosto de 2024

**A**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG **925894**

Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esta empresa DECLARA que as aquisições constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no edital e seus anexos.

Dados bancários:

Agência: 6710-5

Conta Corrente:

46738-3 Banco do

Brasil.

Endereço da Agência: Rua General Francisco Glicério, 987, Centro, Suzano – SP, CEP: 08674-003.

CNPJ TDA Materiais e Insumos para Laboratório: 24.492.680/0001-76.

Rua Masaji Takegawa (fundos), 79, Jardim das Flores – Suzano/SP, CEP 08664-760. Telefone: (11) 99286-8065.

Email: [tdaglass@outlook.com](mailto:tdaglass@outlook.com)



Suzano, 28 de agosto de 2024

**A**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG **925894**

Item 58:

Ponteira 1-10ml para micropipeta automática. Material: polipropileno de alta qualidade fabricadas sem aditivos e desmoldantes. Pigmentos livres de cádmio e metais pesados. Marca CE segundo as diretrizes IVD 98/79 CE. Autoclaváveis a 121°C (20 min). Comprimento de 156,5 mm e diâmetro de 15 mm. Incolor. Pacotes com 100 unidades.





Suzano, 28 de agosto de 2024

A


## COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG 925894

Item 79:

Pipeta volumétrica 10,0mL calibrada. Fabricado em borossilicato de baixa expansão que atenda as normas da ASTM, com marcação resistente a acido e certificado de calibração, por unidade, pela Rede Brasileira de Calibracao - RBC.



**PIPETA VOLUMÉTRICA, CALIBRADA A 20°C, "CLASSE A", COM UM OU DOIS TRAÇOS . AC-GLASS**

	capacidade ml	limite de erro ml	Código cor
<b>AC- 419</b> Um traço	1	0,006	Azul
	2	0,006	Laranja
	3	0,01	Preta
<b>AC- 419 A</b> Dois traços	4	0,01	Vermelha
	5	0,01	Branca
	10	0,02	Vermelha
	11	0,02	Azul
	15	0,03	Verde
	20	0,03	Amarela
	25	0,03	Azul
	30	0,03	Amarela
	40	0,05	Vermelha
	50	0,05	Verde
	75	0,08	Branca
	100	0,08	Vermelha
	200	0,10	Azul

Obs.: As duas faixas na parte superior das pipetas, significam a necessidade de as mesmas serem assopradas, para se obter a sua capacidade final e real.



Suzano, 28 de agosto de 2024

A

## COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG 925894

Item 80:

Pipeta volumétrica 2,0mL calibrada. Fabricado em borossilicato de baixa expansão que atenda as normas da ASTM, com marcação resistente a ácido e certificado de calibração, por unidade, pela Rede Brasileira de Calibração - RBC.

U



**PIPETA VOLUMÉTRICA, CALIBRADA A 20°C, "CLASSE A", COM UM OU DOIS TRAÇOS . AC-GLASS**

AC- 419 Um traço	capacidade ml	limite de erro ml	Código cor
	1	0,006	Azul
	2	0,006	Laranja
AC- 419 A Dois traços	3	0,01	Preta
	4	0,01	Vermelha
	5	0,01	Branca
	10	0,02	Vermelha
	11	0,02	Azul
	15	0,03	Verde
	20	0,03	Amarela
	25	0,03	Azul
	30	0,03	Amarela
	40	0,05	Vermelha
	50	0,05	Verde
	75	0,08	Branca
	100	0,08	Vermelha
	200	0,10	Azul

Obs.: As duas faixas na parte superior das pipetas, significam a necessidade de as mesmas serem assopradas, para se obter a sua capacidade final e real.



Suzano, 28 de agosto de 2024

A

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG **925894**

Item 87:

FUNIL DE SEPARACAO DE 250ML COM TAMPA DE TEFLON. FUNIL DE SEPARACAO TIPO PERA C/ TORNEIRA DE TEFLON DE 250ML.



<b>FUNIL DE SEPARAÇÃO, FORMA DE PÊRA, TIPO SQUIBB, TORNEIRA DE VIDRO, ROLHA DE VIDRO OU POLIETILENO INTERCAMBIÁVEL . AC-GLASS</b>			
<b>AC- 351</b> Torneira e rolha de vidro	capacidade ml	rolha de vidro nº	rolha de polietileno vidro
<b>AC- 351 A</b> Âmbar	60	16	16
	125	22	22
	250	22	22
	500	27	27
<b>AC- 351 B</b> Torneira de vidro e rolha de polietileno	1.000	27	27
	2.000	27	27
<b>AC- 351 C</b> Âmbar			



Suzano, 28 de agosto de 2024

A


## COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024

UASG 925894

Item 108:

PIPETA VOLUMÉTRICA 100ML CALIBRADA. As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volume nas faixas solicitada. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo estipulados.



PIPETA VOLUMÉTRICA, CALIBRADA A 20°C, "CLASSE A", COM UM OU DOIS TRAÇOS . AC-GLASS			
AC- 419 Um traço	capacidade	limite de erro	Código
	ml	ml	cor
AC- 419 A Dois traços	1	0,006	Azul
	2	0,006	Laranja
	3	0,01	Preta
	4	0,01	Vermelha
	5	0,01	Branca
	10	0,02	Vermelha
	11	0,02	Azul
	15	0,03	Verde
	20	0,03	Amarela
	25	0,03	Azul
	30	0,03	Amarela
	40	0,05	Vermelha
50	0,05	Verde	
75	0,08	Branca	
100	0,08	Vermelha	
200	0,10	Azul	

Obs.: As duas faixas na parte superior das pipetas, significam a necessidade de as mesmas serem assopradas, para se obter a sua capacidade final e real.

Tatiane Barbosa Alves

CPF: 222.682.498-75

Proprietária

