

Juiz de Fora, 23 de Maio de 2024.

Pregão Eletrônico nº 0027/2024.

Objeto: Aquisição de leitora automática de microplacas para uso no Laboratório Central da Cesama.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0027/2024 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: *“No termo de referência é mencionado “Tipo de placa: 96/48 poços”. Tendo em vista que não haverá prejuízo na funcionalidade do equipamento, gostaríamos de saber se leitoras que fazem a leitura em microplaca padrão (de 96 posições) ou tiras individuais de fundo chato poderão participar desse processo licitatório?”*

R¹: 1) Tipo de placa: 96/48 poços: A avaliação será feita em momento oportuno, porém não será aceito o produto com especificações em desacordo ao edital.

Q²: *“No termo de referência é mencionado “Lâmpada: Tungstênio-Halogênio OSRAM 64607, 8V/50W”. Tendo em vista que não haverá prejuízo na funcionalidade do equipamento, gostaríamos de saber se leitoras que possuam lâmpada quartzo halogênica 6V/10W, poderão participar desse processo licitatório?”*

R²: 2) Lâmpada: Tungstênio-Halogênio OSRAM 64607, 8V/50W: A avaliação será feita em momento oportuno, porém não será aceito o produto com especificações em desacordo ao edital.

Q³: *“No termo de referência é mencionado “Resultados: no painel ou impressos (impressora interna)”. Tendo em vista que não haverá prejuízo na funcionalidade do*

equipamento, gostaríamos de saber se leitoras que mostrem o resultado no painel e que tenham saída USB para conexão a impressora, mas não possuam impressora interna, poderão participar desse processo licitatório?".

R³: Resultados: no painel ou impressos (impressora interna): A especificação do objeto menciona a impressora interna como uma opção, não sendo obrigatória. Conforme escrito na especificação, "Resultados: no painel ou impressos (impressora interna)." Logo, as leitoras automáticas de microplacas especificadas no edital, que exibe os resultados no painel, podem ter ou não impressora interna.

A data para abertura das propostas está mantida para às 9hs do dia 29/07/2024.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronaldo Fonseca Francisquini - Pregoeiro
Assessoria de Licitações e Contratos – CESAMA

(32) 3692-9201

rfrancisquini@cesama.com.br

licita@cesama.com.br