

Juiz de Fora, 13 de junho de 2025.

Pregão Eletrônico nº 0029/25.

Objeto: Aquisição de substrato cromogênico enzimático, cartelas Quant-Tray, termômetro de máxima para autoclave e frascos de vidro boro silicato utilizados para determinações microbiológicas no Laboratório Central da Cesama.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar do Pregão Eletrônico 0029/25 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Em relação ao item 02: “Uso compatível na seladora Quanti-Tray Sealer PLUS Idexx (Seladoras disponíveis Laboratório Central e designadas como SEL-02 e SEL-03).” Será exigido declaração do fabricante da Quanti-Tray Sealer PLUS de que o produto é compatível com a seladora?”

R¹: Não será exigida declaração do fabricante da Quanti-Tray Sealer PLUS.

Q²: Em relação ao item 04:

- Poderia esclarecer se será aceito a validade de 8 meses, visto que os produtos que serão fornecidos são importados e devido aos trâmites de importação são disponibilizados com a validade informada?

R²: Poderá ser aceita a validade de pelo menos 8 meses no momento do recebimento.

Q^{2.1}:

- Poderia informar qual metodologia é usada pelo laboratório para uso do produto solicitado?

R^{2.1}: Os fundamentos da metodologia estão declarados no Termo de Referência.

Q^{2.2}:

- Para quais matrizes de águas o produto solicitado será utilizado??:

R^{2.2}: Vide Termo de Referência.

Conforme Edital item 2.3.2: As respostas dadas aos esclarecimentos passam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos.

Informamos que a data de abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 23/06/2025.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

Isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br