

Juiz de Fora, 14 de junho de 2018.

Pregão Eletrônico nº 048/18

Objeto: *Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produtos químicos, kits, insumos e reagentes diversos, utilizados para análises físico-químicas e microbiológicas pelo Laboratório Central da CESAMA.*

Apresentamos os questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 048/18 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Para os itens: 04 ,05,06,08,09,10 lê-se no termo de referência que :

“Se diferente do kit de referência (já adotado no Laboratório) o fornecedor deverá informar os valores da equação da curva de calibração, que deve ser inserida no equipamento, e procedimento de análise. Deverá vir acompanhado do certificado de análise do fabricante.”

Pergunta-se: “O valor da equação das curvas deverá ser apresentado em qual fase do pregão?”

R¹: **As curvas deverão ser apresentadas quando da análise das propostas, salientando que, se o produto for adquirido, as mesmas serão testadas pelo laboratório frente aos MRCs correspondentes, e os resultados devem apresentar exatidão em relação às mesmas.**

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

licita@cesama.com.br