

Juiz de Fora, 04 de Abril de 2019.

Pregão Eletrônico nº 028/19

Objeto: Aquisição de Antimônio tartarato de potássio, substrato cromogênico enzimático, azul de metileno, indicador biológico *Bacillus stearothermophilus*, solução padrão de cloro (MRC), solução padrão de nitrito (MRC) e solução padrão de DQO (MRC) para uso no Laboratório Central da Cesama.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 028/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: *Item 4: Indicador biológico *Bacillus stearothermophilus*, Dúvidas: Qual o tempo de resposta? Qual a geração do Indicador?*

R¹: *A especificação do item 4 foi substituída para: Item 4: Indicador biológico *Bacillus stearothermophilus* – Quantidade: 16 caixas com 100 unidades cada – Descrição do item: – Indicador biológico para controle de esterilização a vapor contendo *Geobacillus stearothermophilus* auto contido – população de 10^5 (dez elevado a quinta potência).*

Q2: *EM RELAÇÃO AO ITEM 02. O Colilert seria para resultados em 18 horas ou 24 horas?*

R2: *Resultado em 24 horas.*

Q3: *EM RELAÇÃO AO ITEM 07. A descrição do item 07 está incorreta, está a mesma descrição do item 06 poderia nos confirmar a descrição correta e gostaríamos de confirmar se poderá ser 01 frasco de 250 ml?*

R3: A especificação do item 7 foi substituída para: Item 7: Solução padrão de DQO (Material de referência certificado - MRC) Quantidade: 2 frascos de 125mL cada, de lotes diferentes. Descrição do item: Concentração: 1000 mg/L. Os materiais de referência certificado solicitados deverão vir acompanhados de Certificado de análise, que deverá constar: Valores do padrão e sua incerteza com as unidades de medida; Lote da solução; Identificação do laboratório certificador do material de referência; Data de certificação e validade; Declaração de atendimento a ABNT NBR ISO 17034; Constar declaração de rastreabilidade metrológica; Informações de armazenagem, manipulação e uso. Pelo menos um ano de validade útil. Não poderá ser 1 frasco de 250 mL, tem que ser 2 frascos de 125 mL, pois não podem pertencer ao mesmo lote.

Em virtude da alteração no Termo de Referência, que altera a proposta, a abertura das propostas será ADIADA para dia 18/04/2019, conforme divulgado no sítio eletrônico da Cesama.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos
Pregoeira – CESAMA
(32) 3692-9198 / 9201
laragao@cesama.com.br