

Juiz de Fora, 22 de janeiro de 2019.

Pregão Eletrônico nº 147/18

Objeto: *Aquisição de Carbonato de Magnésio, KIT de Nitrogênio Total, KIT de Tensoativo Aniônico e Substrato Cromogênico - Enzimático para uso no Laboratório Central da Cesama.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 147/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Informamos que a Merck descontinuou o Kit Spectroquant Tensoativos, cód. 114697.0001, substituindo pelo cód. 102552.0001 com a mesma especificação, só mudando o código. Segue em anexo certificado de análise para verificação. Podemos cotar o código atual? Fico no aguardo do ok para dar continuidade à nossa participação no certame.

R¹: O certificado atende nossa especificação. A metodologia também não foi alterada. Pode ser cotado.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br